

## 機械測定法 訂正のお知らせ

以下のように訂正いたします。

- 92 頁 『表 2-19 計測特性における最大許容誤差 (JIS B 7503 : 2011)  
(b) 外枠 50 mm未満のダイヤルゲージ及びバックプランジャ形ダイヤルゲージ』  
一番下の行 <全測定範囲> の右端の数値

全測定範囲	15	16	18	20	12	6	6
							↓
全測定範囲	15	16	18	20	12	6	5